

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4580/BVM-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ
THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐƠN TIÊU NĂM 2025-2026
Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2025 – 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm **Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2025-2026** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

- Đơn vị yêu cầu mời chào giá:
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào giá:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ : Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. **Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá tính năng kỹ thuật:** Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

(BỆNH VIỆN CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA CÁC CÔNG TY THEO ĐƯỜNG VẮN THƯ BỆNH VIỆN)

Đồng thời gửi file theo hướng dẫn ở cuối văn bản (Mục II.2 các yêu cầu khác)

4. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: Từ 08h ngày 14 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 26 tháng 11 năm 2024. Các tài liệu nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của tính năng kỹ thuật: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2024.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

- Danh mục thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cần mời chào giá:

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, lắp sẵn	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Bộ đặt: lắp sẵn. - Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh.
2	Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, không lắp sẵn	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Bộ đặt: không lắp sẵn. - Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh.
3	Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Bộ đặt: không lắp sẵn. - Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh. - Có lọc ánh sáng xanh.
4	Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngâm nước, đơn tiêu, lắp sẵn	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngâm nước, đơn tiêu, lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic ngâm nước (hydrophilic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Bộ đặt: lắp sẵn. - Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh.

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
	(1)	(2)	(3)	(4)
5	Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngâm nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngâm nước, đơn tiêu, lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic ngâm nước (hydrophilic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Bộ đặt: lắp sẵn. - Xuất xứ : Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh. - Có lọc ánh sáng xanh.
6	Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, kỵ nước, dây độ rộng, lọc ánh sáng xanh	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Xuất xứ : Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh. - Có lọc ánh sáng xanh.
7	Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, kỵ nước, dây độ rộng	Cái	11.328	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Xuất xứ : Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh.
8	Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, ngâm nước, dây độ rộng, lọc ánh sáng xanh	Cái	11.335	- Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic ngâm nước (hydrophilic acrylic). - Đường kính tổng: trong khoảng 10.75mm ÷ 13.0mm. - Đường kính optic: trong khoảng 5.75mm ÷ 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm. - Xuất xứ : Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh. - Có lọc ánh sáng xanh.
9	Thủy tinh thể mềm, kỵ nước, 3 mảnh, đơn	Cái	11.522	- Loại: Thủy tinh thể mềm, 3 mảnh, kỵ nước, đơn tiêu. - Quang học: đơn tiêu (monofocal). - Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Lọc: UV.

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
	(1)	(2)	(3)	(4)
	tiêu, dùng cho phẫu thuật dịch kính võng mạc			- Đường kính tổng: trong khoảng 13mm ÷ 13.5mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Càng: kiểu C, chất liệu 60% sợi đơn. - Polymethylmethacrylate (PMMA) có lõi xanh, góc càng 5 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.47. - Vị trí đặt: Cố định hằm cùng mạc. - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D. - Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.8mm. - Bộ đặt: không lắp sẵn. - Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ, Anh.

Lưu ý về TNKT:

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu có tính năng lọc ánh sáng xanh được tham dự vào các mặt hàng không yêu cầu lọc ánh sáng xanh.

- Đối với tính năng kỹ thuật lọc trong “lọc tia UV”, “lọc ánh sáng xanh”, chấp thuận cách diễn đạt khác có cùng tính năng kỹ thuật trong việc giữ lại tia UV như: hấp thụ, cản...

- Thủy tinh thể dạng hỗn hợp được chấp thuận tham dự vào các mặt hàng thủy tinh thể ngâm nước.

2. Các thông tin khác: gửi File Báo giá và các tài liệu khác (nếu có) qua đường link: <https://forms.gle/DLd5GXNSBVZfnpVy5> hoặc Mã QR code (xem cuối văn bản):

a. Đối với Báo giá (Biểu mẫu 1): định dạng file EXCEL (.xls, .xlsx)

b. Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng PDF

c. Link Tham khảo danh mục:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AB5qexRRMAM_ITqZ1YpuHAbdfTh0BwuJ9Wqya7BIEMM/edit?usp=sharing

3. Lưu ý:

Trong tài liệu của quý công ty vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VTTBYT (TMK, 1b)



(điền Header của Công ty)
BÁO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2025 – 2026

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp báo giá cho thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu tạo đơn tiêu cho nhu cầu sử dụng năm 2025 – 2026 như sau:

1. Danh mục:

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá + VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Tính năng kỹ thuật (theo yêu cầu Bệnh viện)	Tính năng kỹ thuật của Công ty	Tên Công ty/ Nhà cung cấp	Mã định danh (vn...)
1	(1)		(2)	(3)	A	B = A x (3)	(4)			
2										

(1), (2), (3), (4): Theo thông tin trong Danh mục của bệnh viện (mục II.1)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan - nếu có)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Tài liệu của các dụng cụ phẫu thuật nêu trong phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.



....., ngày tháng năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



