SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

Số: 1505/BVM-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu "Cung cấp Bộ truyền động máy Henm cho Hệ thống in và dán Barcode ống mẫu tự động của Bệnh viện Mắt (Lần 2)"

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, nhà cung cấp, hộ kinh doanh quan tâm.

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu "Cung cấp Bộ truyền động máy Henm cho Hệ thống in và dán Barcode ống mẫu tự động của Bệnh viện Mắt" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu khảo sát và mời chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Bệnh viện Mắt.

2. Mã số thuế: 0301483745

3. Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Điện thoại: 028 39 325 364.

5. Cách thức tiếp nhận tài liệu chào giá: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên phong bì ghi rõ:

Tiêu đề: "Chào giá gói thầu "Cung cấp Bộ truyền động máy Henm cho Hệ thống in và dán Barcode ống mẫu tự động của Bệnh viện Mắt" theo công văn mời chào giá số [điền số công văn]/BVM-HCQT ngày [điền số ngày/tháng/năm của công văn]"

Nơi nhận: Bộ phận tiếp nhận văn thư đến phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Hạn chót đến 16 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2026 (có thể liên hệ khảo sát trước khi chào giá).

7. Thời hạn có hiệu lực của chào giá: 90 ngày, từ ngày phát hành chào giá.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Mắt, địa chỉ 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian thực hiện: Ngay khi lựa chọn được đơn vị thực hiện.

3. Khối lượng và công việc thực hiện:

STT	*Tên thiết bị/Nội dung thực hiện*	*Số lượng*	*Vị trí*	*Ghi chú*
1	Bộ truyền động máy Henm *Bao gồm các chi phí nhân công, lắp đặt, ...*	01	Lầu trệt, phòng lấy máu khu A	Máy Henm seri H1218116 *Đính kèm Tính năng kỹ thuật Dòng sản phẩm Henm và Bảng linh kiện thay thế*

Lưu ý:

- Chào giá phải có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty. Đơn vị gửi bảng chào giá đề xuất và giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực hoạt động thuộc lĩnh vực bắt buộc phải có chứng chỉ hoạt động theo quy định.

- Trong tài liệu của quý công ty khi chào giá vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT (TTND-3b).

TL.GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

Nguyễn Mai Anh

Biểu mẫu 1

(Tên Công ty)

BẢNG CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu (dịch vụ)/gói thầu ...

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu **mời chào giá** của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của Công ty]* xin cung cấp chào giá cho **gói thầu/nhu cầu (dịch vụ): ...** , như sau:

1. Danh mục:

Đơn vị: đồng.

STT	Danh mục thực hiện	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm thuế, phí)	Thành tiền
	[Lấy thông tin tại Công văn]				
Tổng cộng					

2. Chào giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành chào giá
3. Thời gian thực hiện: ….. ngày.
4. Chế độ bảo hành: ….. (đối với hàng hóa).
5. Điều kiện thanh toán:
6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực và không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

……, ngày …... tháng ..... năm …….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Tính năng kỹ thuật Dòng sản phẩm HENm

▪ HENm (HENm mobile)

Tên Model	HENm (HENm mobile)
Công suất	1,440 Ống mẫu / giờ
Tốc độ chuẩn bị ống mẫu	2.5 giây / ống
Sức chứa ống mẫu	Tối đa 140 ống Ống 13x75mm, 13x100mm (Khay chứa đơn): 20 ống Ống 16x100mm (Khay chứa đơn): 18 ống Ống 13x100mm (Khay chứa đôi): 16 ống
Số lượng khay chứa ống	7~14 khay chứa (Khi thay các khay chứa đơn bằng các khay chứa đôi, tối đa 14 khay có thể được sử dụng)
Phương pháp nạp ống mẫu	Nạp ống mẫu trực tiếp
Loại ống mẫu tương thích	Đường kính : 12~16mm, Chiều dài : 75~125mm Nhà sản xuất : VACUTEST KIMA, BD, GREINER, SOYA GREENTEC, INSEPACK, IMPROVE, SARSTEDT,... (Vui lòng liên hệ tư vấn từ ENERGIUM về khả năng tương thích của ống mẫu trước khi sử dụng).
Độ phân giải in	203dpi
Phương pháp in nhãn	In nhiệt
Máy quét mã vạch (Tích hợp)	2D (PDF417, QR Code, Data Matrix) 1D (Code128, UCC/EAN-128, UPC-E), RFID(Đầu quét mã vạch)
Nhãn mã vạch tương thích	Rộng : 50mm, Dài : 28~35mm, Số lượng nhãn trên 1 cuộn : 2000 nhãn
Cuộn giấy in phiếu thông tin tương thích	Rộng : 57mm, Dài : 70mm (Hoặc nhỏ hơn)
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	HENm : 599 x 400 x 199 mm / HENm mobile : 450 x 1,000 x 845 mm
Trọng lượng	HENm : 20kgf / HENm mobile : 55kgf
Nguồn điện	HENm : AC 100-240 V~, 50/60Hz, 2.2A / HENm mobile : AC 100-240 V~, 50/60Hz, 4A
Ắc quy *	Li-FePo4, 12.8V 7.5Ah x 2
Khả năng in dán ống liên tục *	4,000 Ống
Thời gian chờ *	13 giờ
Bộ phận trộn ống mẫu *	Tối đa 4 ống (Có khả năng kiểm soát thời gian)
Tốc độ trộn ống mẫu *	24 rpm
Giao diện	USB A,B Port 5V 200mA, RS232 (Tùy chọn)
Các tính năng khác	- Hệ thống định vị vị trí dán nhãn - Chức năng in lại - Xác nhận bằng quét mã vạch
Chứng chỉ quốc tế	CE, KC, RoHs

* Thông số của HENm mobile

▪ Bàn chuyên dụng HENm

Tên Model	Bàn chuyên dụng HENm
Chức năng chính	Băng chuyền vận chuyển ống mẫu
Loại ống mẫu tương thích	Đường kính : 12~20mm, Chiều dài : 75~120mm Nhà sản xuất : VACUTEST KIMA, BD, GREINER, SOYA GREENTEC, IMPROVE, SARSTEDT,...
Tùy chọn	Màn hình hiển thị số thứ tự, Vách ngăn, Tủ chứa phụ,Giá để đồ, Ngăn chứa ống sau lấy mẫu
Kích thước	Loại cơ bản: 1,300(Rộng) x 903(Cao) x 720(Sâu) mm (Có tùy chọn mở rộng) Ngăn chứa ống sau lấy mẫu: 330(Rộng) x 720(Cao) x 562(Sâu) mm Tủ chứa phụ: 225(Rộng) x 547(Cao) x 524(Sâu) mm
Trọng lượng	80kgf
Nguồn điện	DC 24V , 2.5A
Chứng chỉ quốc tế	KC, CE, RoHs

Thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không báo trước vì lý do của nhà sản xuất.

Bảng linh kiện thay thế hệ thống HenM Bệnh viện Mắt

(Trệt Seri H1218116)

STT	TÊN LINH KIỆN	MÃ LINH KIỆN	ẢNH MÔ TẢ
1	ASSEMBLY-TRANSFER-IDLER (Bộ phận truyền động)	M040201014	
2	TRANSFER-MOTOR (Động cơ truyền động)	M040201060	
3	CARRIAGE (Cỗ xe)	M040201069	

1			
2			
3			