

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

Số: 4487/BVM-VTTBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt (lần 10)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào giá:

Mã số thuế : 0301483745

Địa chỉ : 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM (*Bệnh viện chỉ tiếp nhận hồ sơ của các Công ty theo đường văn thư Bệnh viện*)

4. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: tối thiểu 10 ngày theo thông báo đăng tải trên trang Web Bệnh viện Mắt. Thời hạn hiệu lực nhận tài liệu chào giá theo ngày trên dấu công văn đến của Bệnh viện. Các tài liệu có ngày tiếp nhận sau thời điểm tờ trình xây dựng giá dự toán được phê duyệt sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của tài liệu báo giá: Tối thiểu 180 ngày, cụ thể theo thông báo được đăng tải.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Danh mục mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế cần mời chào giá:

Stt	Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật
1	Bộ xẻ rãnh máy mài tròng kính	Cái	01	- Tương thích với máy mài tròng kính, Model: LE-1000, Hãng sx: Nidek, Nước sx: Nhật Bản

Stt	Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật
2	Vòng đo độ cong tròn kính phải	Cái	01	- Tương thích với máy mài tròn kính, Model: LE-1000, Hãng sx: Nidek, Nước sx: Nhật Bản
3	Vòng đo độ cong tròn kính trái	Cái	01	- Tương thích với máy mài tròn kính, Model: LE-1000, Hãng sx: Nidek, Nước sx: Nhật Bản
4	Thanh quét gong kính cho máy mài tròn kính	Cái	01	- Tương thích với máy mài tròn kính, Model: LE-1000, Hãng sx: Nidek, Nước sx: Nhật Bản
5	Bàn đạp điều khiển cho máy siêu âm B	Cái	01	- Tương thích với máy siêu âm B, Model: Vumax B, Hãng sx: Sonomed, Nước sx: Mỹ
6	Nhiệt ẩm kế tự ghi. (tối thiểu 04 kênh, đầu dò gồm: 03 nhiệt độ + 01 độ ẩm)	Cái / Bộ	02	Thông số kỹ thuật cơ bản mỗi bộ: - Thiết bị chính. - Tối thiểu 04 kênh, đầu dò gồm: 03 nhiệt độ + 01 độ ẩm. - Có kết nối wifi. - Phạm vi đo nhiệt độ: -10oC - + 50oC, độ chính xác $\leq \pm 0,5oC$. - Dải đo độ ẩm: 0% - 99%, độ chính xác $\leq \pm 5\%$. - Pin theo máy có thể sạc lại dùng để dự phòng trong trường hợp mất điện. - Tùy chọn được khoảng thời gian ghi nhận dữ liệu (từ 01 phút đến 24 giờ). - Truy xuất online các dữ liệu dưới dạng file pdf, excel (thể hiện nhiệt độ/ độ ẩm tối thiểu, tối đa, trung bình, biểu đồ, dữ liệu cụ thể tại từng thời điểm đã cài đặt sẵn, ... vào thời điểm tùy chọn bất kỳ). - Thời gian có thể lưu trữ/ truy xuất dữ liệu trên cloud: tối thiểu 01 năm. - Dung lượng bộ nhớ: tối thiểu 30.000 điểm. - Cảnh báo mất nguồn điện, cảnh báo vượt ngưỡng giới hạn nhiệt độ, độ ẩm bằng tin nhắn (qua ứng dụng trên điện thoại/ email/ SMS/...), chuông, đèn, ... theo thời gian thực. - Đối với ứng dụng trên điện thoại: + Thể hiện thông tin nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực. + Lịch sử thông tin nhiệt độ, độ

Stt	Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật
				âm được thể hiện bằng chữ số và biểu đồ. - + Cảnh báo mất nguồn điện, cảnh báo vượt ngưỡng giới hạn nhiệt độ, độ ẩm vào thời gian thực.
7	Giường nằm Inox phục vụ siêu âm B	Cái	05	- Kích thước: Ngang 1800 x Rộng 650 x Cao 700. - Kết cấu 4 chân, đồ đỡ chịu lực, mặt bàn Inox dày. - Có kết cấu chống trượt cho bọc Inox. - Có tay nắm cho bệnh nhân. - Có nệm dày vừa với mặt bàn.

2. Các thông tin khác: Gửi File chào giá và các tài liệu khác (nếu có) theo hướng dẫn sau:

- Đối với tài liệu chào giá (Biểu mẫu 1): định dạng file **EXCEL** (.xls, .xlsx).
- Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng **PDF**

3. Các thông tin cần lưu ý: Đề nghị các nhà cung cấp hoàn thiện cung cấp tài liệu chào giá và gửi tài liệu chào giá của dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế theo hướng dẫn sau: Sử dụng đúng biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1) theo quy định của Bệnh viện để hoàn thiện nội dung chào giá cần mua sắm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (TMK_1b). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quốc Hiệp

PHC
H VI
MẮT
★

**BẢNG CHÀO GIÁ MUA SẴM VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ
THEO CÔNG VẤN SỐ: 4487/BVM-VTTBYT, ngày 22 tháng 5 năm 2026**

Áp dụng đối với nhu cầu xây dựng giá mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 10)

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu mời chào giá mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 10), chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp tài liệu báo giá cho mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 10) như sau:

1. Bảng chào giá của vật tư sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 10) như sau:

STT	Chủng loại / Tên thiết bị / Hãng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mã HS	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá + VAT (VNĐ)	Mô tả tính năng kỹ thuật	Tên công ty	Mã định danh

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Tài liệu chào giá của vật tư sửa chữa thiết bị y tế nêu phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bản quyền hàng hóa.

- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



